

Dotaz k výběrovému řízení

Odesílatel: Pavla Liborová - MIKROSKOPY ARSENAL [pavla.liborova@arsenal.cz]

Odesláno: 5. dubna 2013 14:36

Komu: reditel@gimnaziumrajec.cz; kancelář

Předmět: Mikroskopy Arsenal, Výběrové řízení

Vážený pane řediteli,

předem si dovoluji vyjádřit potěšení, že jste oslovili společnost Arsenal, coby potenciálního dodavatele mikroskopů pro vaše Gymnázium.

Dovolím si Vás tímto upozornit na pravděpodobnou chybu v zadání, kdy požadujete kamery s digitálním výstupem 24 bit. Tento parametr mají kamery nejvyšších kvalit prestižní značky Jenoptik, jejichž cena se pohybuje od 90 do 150 tisíc za kameru, což je skoro suma, za kterou je požadováno 13 kusů digitálních mikroskopů. My si tedy dovolíme v dokumentaci navrhnout modely s kamerou s výstupem 12 bit. Veškeré ostatní požadavky jsou z naší strany přesně splněny.

Pokud byste trvali na zadaném výstupu 24 bit, musím s politováním konstatovat, že nebudeme moci takovou kvalitu za požadovanou cenu nabídnout.

Za reakci předem děkuji a přeji krásný víkend

Pavla Liborová

Vedoucí obchodního oddělení

Odpověď

Dobrý den, paní Liborová,

omlouváme se za nejasné zadání. Je tím myšleno 24 bit v součtu na všechny 3 barevné kanály. Tento parametr bývá uváděn i v technické specifikaci mikroskopů v požadované cenové relaci. Děkuji za dotaz a těšíme se na Vaši nabídku.

S přáním hezkého dne

Ing. Stanislav Laštůvka